

Stellingen behorende bij het proefschrift getiteld
"Acoustic non-invasive diagnosis of urinary bladder obstruction"

1. De model- en vrijwilligersexperimenten, gepresenteerd in dit proefschrift, maken het zeer aannemelijk dat perineale geluidsmeting gebruikt kan worden als niet-invasieve methode voor diagnose van een verhoogde urethrale weerstand door een vergrote prostaat bij mannen met plasklachten
2. Een model plasbuis, gemaakt van Polyvinyl Alcohol cryogel (drie maal ingevroren en ontdooid) heeft viscoelastische eigenschappen vergelijkbaar met die van de plasbuis van het mannelijk varken
3. Abnormaal plassen van asymptomatische jongens na een hypospadie-corrigerende ingreep kan een gevolg zijn van verhoogde stijfheid van het nieuwe stuk plasbuis
4. Met toenemende graad van vernauwing van de plasbuis neemt de toon van tijdens het plassen perineaal opgenomen geluid af
5. Perineaal geluid opgenomen tijdens plassen varieert tussen mannen; iedere man plast zijn eigen toon
6. Voordrachten die niet gebaseerd zijn op patiëntgegevens maken minder kans geaccepteerd te worden bij urologische congressen
7. Techniek is belangrijker dan kracht voor het zwemmen van een goede vlinder
8. De kwaliteit van de foto ligt nog altijd in de handen van de fotograaf, ongeacht de gebruikte techniek (digitaal of analoog)
9. Rommel is geen probleem als er een systeem in zit
10. Bij het ontbreken van een duidelijke definitie van de term 'wetenschappelijk verdedigbaar' wordt het beoordelen van de wetenschappelijke verdedigbaarheid van stellingen subjectief
11. Uroloog of psychiater, het is één pot nat; beiden luisteren naar andermans gezeik